



Fig 2. Princip för masspektrometri av biomolekyler. Vid ESI (Electrospray Ionisation) frigörs biomolekyler som multiladdade joner ur små laddade droppar. Vid jonisering med SLD (Soft Laser Desorption) överförs energin i laserljuset till biomolekylerna så att de övergår i gasfas.